

## がん遺伝子パネル検査で使用する検体について

### ご提出いただく検体について

#### 1 プレパラートの場合

「OncoGuide™ NCC オンコパネルシステム」もしくは「FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル」のどちらかの実施となりますので、両方の検査に対応可能な標本作製をお願いいたします。詳しくは各検査の標本作製マニュアルをご参照ください。以下①、②をご用意いただければ、どちらの検査にも対応可能です。

##### ① HE 染色標本 1 枚

- プレパラートに患者氏名を記載しないでください。

##### ② 未染色スライド 5 $\mu$ m $\times$ 10 枚もしくはそれ以上

- 加温せずに乾燥してください。
- プレパラートに患者氏名を記載しないでください。
- 提出時の検体番号はこちらで記載します。
- 可能であれば、腫瘍部分のマーキングをお願いします。  
マーキング部分の腫瘍細胞含有率の記載してください（別用紙で結構です。）。

注）抽出後 DNA の量・品質基準より、検体を再提出していただくことがあります。

#### 【参考】

- ・ OncoGuide™ NCC オンコパネルシステム 標本作製マニュアル  
<http://lifescience.sysmex.co.jp/products/oncoguide/reference/data/data1.pdf>



- ・ FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル 標本作製マニュアル  
<https://chugai-pharm.jp/pr/npr/flt/test/speci/>



#### 2 ブロックの場合

- ① 使用する切片の HE 染色標本 1 枚
- ② 上記切片のブロック

※主治医の先生へ※

本紙を貴院病理診断担当の先生にお渡しください。